

**Produto:** ECHO GEL GR20 (5GAL) - PN 48-905

**Lote:** 0006258

**Data:** 04/2014

**Validade:** 04/2019

## CERTIFICADO DE ANÁLISE DE CONTAMINANTES

Certifica-se que, quando testado no momento da fabricação, o número de lote do material acima listado atende os requisitos e foi testado para Enxofre e halogênios de acordo com:

- ASME Boiler and Pressure Vessel Code, 2010 Edition, Section V , Nondestructive Examination, Article 4 e 5, A4-Determination of Anions by Ion Chromatography with Conductivity Measurement.

Os seguintes resultados dos testes foram obtidos:

---

ENSAIOS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Enxofre (ppm)	< 10	< 10
Cloretos (ppm)	< 10	< 10
Fluoretos (ppm)	< 10	< 10
Halogenios Totais (ppm)	< 10	< 10

Observações: LOTE USA: 13M017

---

Além disso, é certificado que este material não contém mercúrio como elemento básico e que não foi utilizado equipamentos com qualquer influência de mercúrio durante sua fabricação.

Notas:

1. Os lotes podem ser encontrados nas embalagens e nas etiquetas de todos os recipientes a granel. A rastreabilidade pode ser feita pelo lote Brasil com 7 dígitos (p. exemplo 0000000), ou pelo lote USA é descrito como algarismos e letras, por exemplo: 00X000.
2. A certificação acima dá os resultados obtidos no momento da fabricação. Idade e uso podem alterar as propriedades de qualquer material.
3. Produto Importado da unidade MAGNAFLUX USA e os resultados foram transcrito do certificado original.

Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670 - Embu das Artes - SP

Responsável Técnico: Mario João Gazeta - CRQ No - 4312124 - IV Região

Fones: (0XX11) 4785-2660 / 4785-2639