

*** * * CERTIFICADO DE ANÁLISE * * ***

Produto: SPOTCHECK SKD-NS REVELADOR (5L)

Lote: 1401000289

Data: 07/2014

Validade: 07/2019

ENSAIOS

	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Aspecto	Homogeneo, apresentando partículas em suspensao	Homogeneo, apresentando partículas em suspensao
Camada / Cobertura	Cobertura uniforme sem presencia de grumos	Cobertura uniforme sem presencia de grumos
Capacidade de Remoção	Nao deve apresentar residuos	Nao deve apresentar residuos
Contraste	Igual / superior ao revelador referencia no teste de sensibilidade	Igual / superior ao revelador referencia no teste de sensibilidade
Cor	Branco	Branco
Corrosividade	Nao deve apresentar sinais de deterioracao	Nao deve apresentar sinais de deterioracao
Estabilidade de Estocagem	Cinco anos, conforme validade do produto (temp. 5 a 40°C)	Cinco anos, conforme validade do produto (temp. 5 a 40°C)
Estado Físico	Liquido	Liquido
Integridade da embalagem / Recipiente	Nao deve apresentar vazamento / amassamento	Nao deve apresentar vazamento / amassamento
Odor	Caracteristico	Caracteristico
Toxidez	Vide Rotulo, dados de seguranca	Vide Rotulo, dados de seguranca
Unidade de Compra	Embalado conforme 4.2 e Ficha de Emergencia	Embalado conforme 4.2 e Ficha de Emergencia
Teor de Sólidos (%)	9,000 a 13,000	9,000
Sensibilidade 30 µm	Igual ao padrao fotografico / referencia	Igual ao padrao fotografico / referencia
Lavabilidade	Remocao Total	Remocao Total
Enxofre %	1,00 Máx.	0,00
Cloro + Fluor (Em relacao ao residuo) (%)	1,00 Máx.	0,00
Residuos (x g / 50 g)	50,0 Máx.	5,50
Densidade (20±3°) (g/mL)	0,850 a 0,890	0,850

Este material foi testado e aprovado seguindo os requisitos de conformidade estabelecidos pelas Normas abaixo, bem como as referências normativas citadas por estas:

A) -AMS 2644

D) -JIS-Z-2343

G) -EN ISO 3452-2



MAGNAFLUX®

* * * CERTIFICADO DE ANÁLISE * * *

Produto: SPOTCHECK SKD-NS REVELADOR (5L)

Lote: 1401000289

Data: 07/2014

Validade: 07/2019

As informações contidas neste certificado garantem que o produto apresenta suas características e propriedades de uso conforme sua especificação, atendendo os padrões de qualidade previamente estabelecidos e refere-se ao lote do produto analisado após fabricação, devidamente lacrado e identificado.

Este certificado é emitido eletronicamente e não necessita de assinatura.

Produto: SPOTCHECK SKD-NS REVELADOR (5L)

Lote: 1401000289

Data: 07/2014

Validade: 07/2019

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificamos através deste que o produto acima, quando analisado no ato de sua fabricação:

1. Atende aos requisitos normativos e foi analisado para teores de Enxofre e Halogênios, sendo testado e aprovado de acordo com:
 - a. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, 2007 Edition, Section V. Nondestructive Examination, Article 6 Paragraph T-640 e Article 24.
 - b. ASTM E-165-92, ASTM E-165-94, ASTM E-165-95, ASTM E-165-02, parágrafo 7.1.
 - c. MIL - STD-271F(SH), 27 Junho 1986, Parágrafo 5.3 e 5.3.1, incluindo: Notice 1 Parágrafo 5.6.1 (21 Junho 1993).
 - d. NASEA T907-AS-GIB-010/271, 30 Abril 1997, Parágrafo 5.3.1.
 - e. MIL-STD-2132D, 11 Fevereiro 2003, Parágrafo 7.1, 7.1.2, 7.1.3, Appendix C, Parágrafo 40.
 - f. PETROBRÁS N2370C, Nov. 2003, parágrafo 5.1.4 - Controle de Contaminantes e 6.2.3, 6.2.3.1, 6.2.3.2.
-

Resultados obtidos na análise:

ENSAIOS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Enxofre %	1,00 Máx.	0,00
Cloro + Fluor (Em relacao ao residuo) (%)	1,00 Máx.	0,00
Residuos (x g / 50 g)	50,0 Máx.	5,50

2. Também se certifica que este material não contém mercúrio como elemento básico e nem utilizou equipamentos que possuam rolamentos de mercúrio na sua fabricação.

Notas:

- a. Nossos números de lote, bem como data de fabricação, prazo de validade e informações sobre segurança aparecem impressos nas embalagens de todos os nossos produtos.
 - b. A certificação acima comprova os resultados obtidos no ato da fabricação. Idade e uso podem alterar as propriedades de qualquer material.
-