

*** * * CERTIFICADO DE ANÁLISE * * ***

Produto: SPOTCHECK SKD-NS REVELADOR (5L)

Lote: 1401000574

Data: 08/2014

Validade: 08/2019

ENSAIOS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Aspecto	Homogeneo, apresentando particulas em suspensao	Homogeneo, apresentando particulas em suspensao
Camada / Cobertura	Cobertura uniforme sem presenca de grumos	Cobertura uniforme sem presenca de grumos
Capacidade de Remoção	Nao deve apresentar residuos	Nao deve apresentar residuos
Contraste	Igual / superior ao revelador referencia no teste de sensibilidade	Igual / superior ao revelador referencia no teste de sensibilidade
Cor	Branco	Branco
Corrosividade	Nao deve apresentar sinais de deterioracao	Nao deve apresentar sinais de deterioracao
Estabilidade de Estocagem	Cinco anos, conforme validade do produto (temp. 5 a 40°C)	Cinco anos, conforme validade do produto (temp. 5 a 40°C)
Estado Fisico	Liquido	Liquido
Integridade da embalagem / Recipiente	Nao deve apresentar vazamento / amassamento	Nao deve apresentar vazamento / amassamento
Odor	Caracteristico	Caracteristico
Toxidez	Vide Rotulo, dados de seguranc	Vide Rotulo, dados de seguranc
Unidade de Compra	Embalado conforme 4.2 e Ficha de Emergencia	Embalado conforme 4.2 e Ficha de Emergencia
Teor de Sólidos (%)	9,000 a 13,000	9,520
Sensibilidade 30 µm	Igual ao padrao fotografico / referencia	Igual ao padrao fotografico / referencia
Lavabilidade	Remocao Total	Remocao Total
Enxofre %	1,00 Máx.	0,00
Cloro + Fluor (Em relacao ao residuo) (%)	1,00 Máx.	0,00
Residuos (x g / 50 g)	50,0 Máx.	5,50
Densidade (20±3°) (g/mL)	0,850 a 0,890	0,850

Este material foi testado e aprovado seguindo os requisitos de conformidade estabelecidos pelas Normas abaixo, bem como as referências normativas citadas por estas:

A) -AMS-2641

H) -Cummins IS-16048-13

O) -ISO 9934-2(14A; 14AM; 7HF; WCP-2; Carrier II)

ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA - AVENIDA JORGE ALFREDO CAMASMIE, 670 - PQ IND RAMOS FREITAS

EMBU DAS ARTES - SP - CEP: 06816050 - Fone: 55-11-47852600 - www.itwchemical.com.br

Responsável Técnico: Mario João Gazeta - CRQ No - 4312124 - IV Região



*** * * CERTIFICADO DE ANÁLISE * * ***

Produto: SPOTCHECK SKD-NS REVELADOR (5L)

Lote: 1401000574

Data: 08/2014

Validade: 08/2019

B) -AMS-3044	I) -DOD-F-87935 (14AM)
C) -AMS-3046 (14AM embalagem aerosol)	J) -McDonnel Douglas PS 2201
D) -ASME B & PV Code, Seção V	K) -MIL-STD-2132
E) -ASTM E 1444	L) -MIL-STD-271(14A)
F) -ASTM E 709	M) -PETROBRAS N-1598
G) -Britisch Std.B.S.4069	N) -NAVSEA 250-1500-1(14A)

As informações contidas neste certificado garantem que o produto apresenta suas características e propriedades de uso conforme sua especificação, atendendo os padrões de qualidade previamente estabelecidos e refere-se ao lote do produto analisado após fabricação, devidamente lacrado e identificado.

Este certificado é emitido eletronicamente e não necessita de assinatura.