

## \* \* \* CERTIFICADO DE ANÁLISE \* \* \*

Produto: MAGNAGLO WA-4 (5 L)

Lote: 1501000064

Data: 01/2015 Validade: 01/2020

ENSAIOS	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	RESULTADOS
Aspecto	Limpido, cristalino, livre de	Limpido, cristalino, livre de
	sedimentos ou materiais em sus	sedimentos ou materiais em sus
	pensao.	pensao.
Cor	Acastanhado	Acastanhado
Corrosividade	Nao deve apresentar sinais de	Nao deve apresentar sinais de
	deterioracao	deterioracao
Estabilidade de Estocagem	Cinco anos, conforme validade	Cinco anos, conforme validade
	do produto (temp. 5 a 40 °C)	do produto (temp. 5 a 40 ℃)
Estado Fisíco	Liquido	Liquido
Fornecimento / Acondicionamento	Embalagem adequada ao manuseio	Embalagem adequada ao manuse
	e transporte	e transporte
Integridade da embalagem / Recipiente	Nao deve apresentar vazamento	Nao deve apresentar vazamento
	ou amassamento	ou amassamento
Odor	Caracteristico	Caracteristico
Toxidez	Vide rotulo, dados de seguranc	Vide rotulo, dados de seguranc
	a	a
Unidade de Compra	Conforme dados de seguranca	Conforme dados de seguranca
Molhabilidade	Sem retracao do filme	Sem retracao do filme
pH (Solução 2,5% m/m)	9,500 a 10,500	9,940
Sensiblidade Ketus Ring	5 Mín.	5
Densidade (20±3°) (g/mL)	1,020 a 1,050	1,029

Este material foi testado e aprovado seguindo os requisitos de conformidade estabelecidos pelas Normas abaixo, bem como as referências normativas citadas por estas:

A) -AMS-2641 H) -C

H) -Cummins IS-16048-13

O) -ISO 9934-2(14A; 14AM; 7HF; WCP-2; Carrier II)

B) -AMS-3044

I) -DOD-F-87935 (14AM)

J) -McDonnel Douglas PS 2201

C) -AMS-3046 (14AM embalagem aerosol) D) -ASME B & PV Code, Seção V

K) -MIL-STD-2132

E) -ASTM E 1444

L) -MIL-STD-271(14A)

F) -ASTM E 709

M) -PETROBRAS N-1598

G) -Britisch Std.B.S.4069

N) -NAVSEA 250-1500-1(14A)

As informações contidas neste certificado garantem que o produto apresenta suas características e propriedades de uso conforme sua especificação, atendendo os padrões de qualidade previamente estabelecidos e refere-se ao lote do produto análisado após fabricação, devidamente lacrado

ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA - AVENIDA JORGE ALFREDO CAMASMIE, 670 - PQ IND RAMOS FREITAS

EMBU DAS ARTES - SP - CEP: 06816050 - Fone: 55-11-47852600 - www.itwchemical.com.br

Responsável Técnico: Mario João Gazeta - CRQ No - 4312124 - IV Região



## \* \* \* CERTIFICADO DE ANÁLISE \* \* \*

Produto: MAGNAGLO WA-4 (5 L)

Lote: 1501000064

Data: 01/2015 Validade: 01/2020

e identificado.

Este certificado é emitido eletronicamente e não necessita de assinatura.

Responsável Técnico: Mario João Gazeta - CRQ No - 4312124 - IV Região