

PIEZA DE PRUEBA DE CARGA 5,5 Kg

Dispositivos de evaluación de ensayo

El estándar de elevación en masa de 5.5 kg está diseñado específicamente para yugos de corriente alterna (CA) que cumplen con los requisitos de PETROBRAS N 1598.

Contiene una distribución de peso equilibrada que garantiza resultados de prueba de levantamiento de masa seguros.

El bloque de levantamiento de masa estándar tiene un peso certificado de 5.5 kg diseñado específicamente para yugos magnéticos alternos de CA para confirmar que el yugo es lo suficientemente fuerte como para realizar inspecciones de partículas magnéticas.

El bloque de elevación de masa del yugo tiene una estructura para garantizar una distribución equilibrada del campo magnético y resultados de prueba precisos.

BENEFICIOS

- 5,5 kg de peso equilibrado
- Certificado de calibración rastreable
- Tiene un estuche

CONFORMIDAD NORMATIVA

- PETROBRAS N 1598



RECOMENDACIONES DE USO

Para usar con yugos magnéticos Y-6 e Y-7.

El estándar de levantamiento de masa de 5.5 kg está destinado a verificar la eficiencia y la fuerza de magnetización de Yokes CA.

- Coloque las zapatas del yugo (patas) sobre la cara del bloque de 117 x 240 mm.
- Con una separación máxima del centro del zapato de 165 mm.
- Dispare el yugo.
- Con Yoke activado, levante el patrón.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones del patrón	
Altura	25 mm
Longitud	240 mm
Ancho	117 mm

PIEZA DE PRUEBA DE CARGA 5,5 Kg

Dispositivos de evaluación de ensayo

PROPIEDAD DEL PRODUCTO

Dimensiones	25x240x117mm
Material	Acero al carbono 1020
Peso	5.5 kg + 50g

GARANTÍA

Este equipo tiene una garantía de 12 meses contra defectos de fabricación a partir de la fecha de emisión de la factura al consumidor.

Magnaflux se encargará de la reparación y el mantenimiento del equipo durante el período de garantía de acuerdo con el Plazo de garantía de Magnaflux, después de la evaluación e informe por parte del equipo técnico y del defecto de fabricación.

Magnaflux mantiene piezas de repuesto, soporte técnico local y servicio permanente incluso después de que expire el período de garantía.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Magnaflux: +55 11 5197-7500 o contato@magnaflux.com